

【产品名称】

中文：氯化钾低渗处理液
英文：Potassium Chloride solution 0.075M
货号：C3540-0500, C3540-0100
规格：500ml/瓶、100ml/瓶

【预期用途】

用于外周血淋巴细胞、羊水细胞及骨髓细胞的低渗处理，处理后的细胞用于临床检验。

【检验原理】

0.075M KCl 是一种低渗溶液，在室温或 37°C 时，细胞经过低渗处理，可以提高细胞膜的通透性以及诱导细胞胀大。

【主要组成成分】

由氯化钾组成。

【储存条件及有效期】

应贮存在 2°C~8°C，有效期为 3 年。

【生产日期与失效日期】

详见产品标签。

【使用方法】

取在 37°C 条件下预温后的 0.075 Molar 氯化钾低渗液 2ml，加入经秋水酰胺处理的细胞悬液内，用吸管吹打混匀后，静置 3-5 分钟。随后按常规方法进行固定、制片。

【产品性能指标】

1. 渗透压 (MOSM/KG)：130-140
2. 外观性状：透明液体
3. 无菌检测：无菌

【注意事项】

1. 本品仅用于体外诊断，不用于临床治疗，严禁内服，不能用嘴吸液。
2. 试剂包装如有破损或滴漏，严禁使用。
3. 操作过程应避免污染。
4. 操作人员万一与皮肤、粘膜接触，请立即用自来水冲洗。
5. 禁止使用超出规定有效期的产品。

【备案人/生产企业】

上海达特希尔生物科技有限公司
生产地址：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1505 弄 80 号 12 幢 3 楼 C, D 区, 1505 弄 80 号 12 幢 1 楼西半部
住所：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1505 弄 80 号 12 幢 3 楼
邮政编码：201203
电话号码：021-58785545
传真号码：021-58777053

【售后服务单位】

上海达特希尔生物科技有限公司

【产品技术要求编号】

沪浦械备 20210129 号

【医疗器械备案凭证编号】

沪浦械备 20210129 号

【生产备案凭证编号】

沪浦食药监械生产备 20152128 号

【说明书批准及修改日期】

批准日期：2021 年 07 月 28 日

修改日期：2022 年 12 月 01 日

